

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang telah didapat, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Sebanyak 88% responden sudah melakukan pengukuran tinggi badan menggunakan microtoise dengan baik
2. Sebanyak 80% responden sudah melakukan pengukuran tinggi badan menggunakan stadiometer dengan baik

6.2. Saran

Perlunya penyegaran kembali tentang teknik pengukuran tinggi badan menggunakan microtoise dan stadiometer pada kader secara berkala dan monitoring dari Puskesmas terhadap pelaksanaan pengukuran tinggi badan posyandu.